

«Утверждаю»
 Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
 А.В. Ильиных
 « » 2015 г.

Техническое задание

П.№	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	Автоматический бидистиллятор Технические характеристики: 1. Контроль уровня воды в нагревательной камере. 2. Контроль подачи воды для управления процессом дистилляции. 3. Контроль уровня воды в резервуаре. 4. Встроенный бак для хранения готовой к использованию дистиллированной воды. 5. Производительность: 6-8 л/ч	комплект	1
Итого			1

- 9.1. Первичная аттестация (поверка) не ранее 2015 г.
- 9.2. Гарантийный срок – не менее **12 месяцев** с момента поставки товара
- 9.3. Сервисный центр на территории РФ.
- 9.4. Предоставление подтверждающих документов на аппарат (Сертификат СИ, Описание типа с техническими характеристиками, Руководство по эксплуатации на русском языке)
- 9.5. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, техническим условиям и законодательству об обеспечении единства измерений.
- 9.6. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим ГОСТам.
- 9.7. Продукция должна поставляться новой. Год выпуска продукции не ранее 2015 г.
- 9.8. Запрещена поставка оборудования:
 - б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
 - после капитального или восстановительного ремонта;
 - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.
- 9.9. Срок поставки 45 календарных дней.
- 9.1. 677901, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт, 2 км

19.02.2015
 24.02.2015

/Е.В.Евдокимов/
 /В.И.Цыфирин/