

«Утверждаю»
Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
_____ А.В. Ильиных
«___» _____ 2015 г.

Техническое задание

П.№	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	Определение жидкого остатка, свободной воды и щелочи в сжиженном газе по ГОСТ 21443, ГОСТ 20448, ГОСТ Р 51104 Технические характеристики: Диапазон рабочих температур: -70... +100°C	комплект	1
2	Определение давления насыщенных паров сжиженного газа по ГОСТ 21443, ГОСТ Р 50994 Технические характеристики: Диапазон рабочих температур: +5... +100°C	Комплект	1
Итого			2

- 9.1. Первичная аттестация (поверка) не ранее 2015 г.
- 9.2. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента поставки товара
- 9.3. Сервисный центр на территории РФ.
- 9.4. Предоставление подтверждающих документов на аппарат (Сертификат СИ, Описание типа с техническими характеристиками, Руководство по эксплуатации на русском языке)
- 9.5. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, техническим условиям и законодательству об обеспечении единства измерений.
- 9.6. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим ГОСТам.
- 9.7. Продукция должна поставляться новой. Год выпуска продукции не ранее 2015 г.
- 9.8. Запрещена поставка оборудования:
- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
 - после капитального или восстановительного ремонта;
 - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.
- 9.9. Срок поставки 45 календарных дней.
- 9.1. 677901, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт, 2 км

19.02.2015

24.02.2015

/Е.В. Евмучиков/
/В.И. Цурина/