

«Утверждаю»
 Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
 _____ А.В. Ильиных
 «____» _____ 2015 г.

Техническое задание

П.№	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	Хроматограф для определения углеводородного состава в сжиженном газе по ГОСТ 10679, ГОСТ Р 54484 Определяемые компоненты: Метан**), Этан**), Этен**), Пропан, Пропен**), Изобутан, н-Бутан, Бутен-1**), Изобутен**), 2 транс-Бутен-2**), цис-Бутен-2**), Бутадиен-1,3**), Изопентан, н-Пентан, 2,2-Диметилпропан**), Пентен-1**), 3-Метилбутен-1**), 2-Метилбутен-1**), транс-Пентен-2**), цис-Пентен-2**), Гек-сан**), Метанол **). ***) Компонент может отсутствовать в анализируемом образце СУГ или может не определяться.	Комплект	1
2	ГСО (государственный стандартный образец)	шт	1
3	Пуско- наладочные работы		1
Итого			3

- 9.1. Первичная аттестация (поверка) не ранее 2015 г.
- 9.2. Гарантийный срок – не менее **12 месяцев** с момента поставки товара
- 9.3. Сервисный центр на территории РФ.
- 9.4. Предоставление подтверждающих документов на аппарат (Сертификат СИ, Описание типа с техническими характеристиками, Руководство по эксплуатации на русском языке)
- 9.5. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, техническим условиям и законодательству об обеспечении единства измерений.
- 9.6. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим ГОСТам.
- 9.7. Продукция должна поставляться новой. Год выпуска продукции не ранее 2015 г.
- 9.8. Запрещена поставка оборудования:
 - б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
 - после капитального или восстановительного ремонта;
 - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.
- 9.9. Срок поставки 45 календарных дней.
- 9.1. 677901, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт, 2 км

19.01.2015
 24.01.2015

/Е.В. Евнушков/
 /В.С. Цурица/