

Утверждаю:
Технический директор ЗАО «ЯТЭК»
А.В. Ильиных
« 05 » сентября 2014 г.

Техническое задание: «Мерник 2-го разряда 2 м3»
**Объект строительства: «Расходный склад для компаундирования ГСМ,
Маганский тракт 2 км.»**

№	Наименование	Опросный лист	Ед. изм.	Кол-во
1	Мерник металлический образцовый 2-го разряда вместимостью 2000 дм3	М2р-2000-01	Шт.	1

1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
3. Перечень обязательной технической документации:
 - сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);
 - свидетельство об утверждении типа средств измерений;
 - протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики.
4. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2014 г.
Запрещена поставка оборудования:
 - б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
 - после капитального или восстановительного ремонта;
 - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.
5. Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием обязательной технической документации:
 - руководство по эксплуатации оборудованием и техническими средствами;
 - формуляр;
 - паспорт;
 - спецификация;
 - технические условия на производство изделия.Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.
6. Требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:
 - обеспечить оборудование комплектом ЗИП на 12 месяцев эксплуатации;
 - наличие заводских бирок на оборудовании.
7. Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
8. Срок поставки 50 календарных дней с момента заключения договора.
9. Место поставки: г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

Составил:

Инженер по комплектации ОКСиР

Согласовано:

Директор по КСиР

Главный метролог

Стручков Г.К.

Голованов В.И.

Быков С.Н.